

Programa de Avaliação Externa da Qualidade em Sorologia

Gabarito da Avaliação Prática AEQ-38

Realizado em: outubro/2014

Painel 38a		
Nº de amostra no painel	Marcador	Resultado
1	HTLV	Reagente
2	Negativo	Não reagente
3	HTLV	Reagente
4	Chagas	Reagente
5	HIV	Reagente
6	HIV	Reagente

Painel 38b			
Nº de amostra no painel	HBsAg	Anti-HBc	Anti-HCV
1	Não reagente	Não reagente	Reagente
2	Reagente	Reagente	Não reagente
3	Não reagente	Não reagente	Reagente
4	Não reagente	Não reagente	Não reagente
5	Reagente	Reagente	Não reagente
6	Reagente	Reagente	Não reagente

Painel 38c		
Nº de amostra no painel	Marcador	Resultado
1	Negativo	Não reagente
2	Sífilis	Reagente
3	Negativo	Não reagente
4	Sífilis	Reagente
5	Sífilis	Reagente
6	Negativo	Não reagente

Agradecemos sua participação no Programa de Avaliação Externa da Qualidade em Sorologia.