

Ministério da Saúde
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos
Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde

Propostas de Projeto de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo - Não aprovadas - Produtos para saúde

| Ano de Submissão / Termo de Compromisso (TC) | Produtos para saúde | Instituição Pública | Entidade Privada | Motivo da não aprovação |
|--|--|---------------------|--|--|
| 2017 | Kit diagnóstico de Dengue, Zika e Chikungunya | CERTBIO/UFCEG | Innovita Biological Technology Co., Ltd | Aprovação de apenas uma proposta de projeto de PDP para o produto no ano de 2017 em virtude do percentual de mercado em aberto. |
| 2017 | Kit diagnóstico de Dengue, Zika e Chikungunya | FURP | Innovita Biological Technology Co., Ltd | Aprovação de apenas uma proposta de projeto de PDP para o produto no ano de 2017 em virtude do percentual de mercado em aberto. |
| 2015 | Stent Coronariano Farmacológico | FURP | Scitech Produtos Medicos LTDA | A instituição pública solicitou exclusão do processo de seleção da PDP no ano de 2015 em razão da inviabilidade técnica e financeira para continuidade ao projeto. |
| 2015 | Aparelho Auditivo Retroauricular e Intra Aural | TECPAR | Phonak AG. / Sonova do Brasil - Sistema Audiológicos LTDA. | Aprovação de apenas duas proposta de projeto de PDP para o produto no ano de 2015 em virtude do percentual de mercado em aberto. |
| 2015 | Sistema Stent Coronariano | LAFERGS | Biocore Biotecnologia S.A | Não cumpria integralmente os critérios adotados pelo Ministério da Saúde para os estabelecimento das PDP. |
| 2015 | Marca-passos Unicamerais, Bicamerais e MRI Safe | CTG/UFPE | Sorin Group | Não cumpria integralmente os critérios adotados pelo Ministério da Saúde para os estabelecimento das PDP. |
| 2013 | Glicosímetro | IQUEGO | HMB Biomedical | Ausência de informações referente à tecnologia utilizada no produto. |
| 2013 | Prótese Intraluminal Coronariana Farmacológico e Cateter Balão para Angioplastia Transluminal Percutânea | FURP | Scitech Produtos Medicos LTDA | O produto não incorporado à CONITEC. |
| 2013 | Marca-passos de Câmara Simple, Marca-passos de Câmara Dupla e Marca-passos compatíveis com ressonância magnética (simples e duplo) | FEPECS | Sorin Group | Não cumpriu integralmente os critérios adotados pelo Ministério da Saúde para os estabelecimento das PDP. |
| 2013 | Kit Diagnóstico Leishmaniose | LAFERGS | Orangelife Comercio e Industria Ltda | Não foi possível concluir sobre a qualidade e utilidade deste teste para o Programa de Vigilância e Controle da LV no Brasil. |

Ministério da Saúde
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos
Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde

Propostas de Projeto de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo - Não aprovadas - Produtos para saúde

| Ano de Submissão / Termo de Compromisso (TC) | Produtos para saúde | Instituição Pública | Entidade Privada | Motivo da não aprovação |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|---|
| 2013 | Kit Diagnóstico para detecção de Infecções Vaginais | Bahiafarma | Biocen do Brasil Ltda | O produto não incorporado a CONITEC e ações de atenção primária da secretária de atenção integral à saúde e nas políticas de atenção integral à saúde da mulher do Ministério da Saúde. |
| 2013 | Sistema de Dialise Peritoneal | CTG/UFPE | Baxter Hospitalar Ltda | Não foi possível concluir sobre as responsabilidades na transferência de tecnologia no projeto apresentado. |
| 2013 | Kit diagnóstico para tipagem sanguínea (KGS) | Fiocruz | IBMP / Riogenix S.A | O produto não incorporado a CONITEC. Não possui registro na Anvisa. |
| 2013 | Kit diagnóstico de Tuberculose | LAFERGS | Labtest Diagnóstica S.A. | Produto não coaduna com a missão e prioridades da SVS. |
| 2013 | Kit diagnóstico Combo HCV e Hepatite B | LAFERGS | Orangelife Comercio e Industria Ltda | Produto não coaduna com a missão e prioridades da SVS. Não possui registro na Anvisa. |
| 2013 | Kit diagnóstico Doença de Chagas | LAFERGS | Orangelife Comercio e Industria Ltda | Produto não coaduna com a missão e prioridades da SVS. |
| 2013 | Kit diagnóstico Hanseníase | LAFERGS | Orangelife Comercio e Industria Ltda | Não há exame laboratorial de diagnóstico para hanseníase, o diagnóstico é essencialmente clínico e epidemiológico. |
| 2013 | Kit diagnóstico HIV | LAFERGS | Orangelife Comercio e Industria Ltda | Produto não coaduna com a missão e prioridades da SVS. Não possui registro na Anvisa. |
| 2013 | Kit Diagnóstico Malária | LAFERGS | Orangelife Comercio e Industria Ltda | As especificações dos testes apresentados não se enquadravam na necessidade dos testes rápidos utilizados para diagnóstico de malária no Brasil. |

Fonte: SCTIE/MS. Atualizado em 17/01/2019